



МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
ТУШААЛ

2023 оны 02 сарын 15 өдөр

Дугаар А/62

Улаанбаатар хот

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт,
техникийн үзүүлэлт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2, 14.2.4 дэх заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэг, 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын XV.3.13 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн XV.3.13-т заасан “Эрүүл мэндийн явуулын үзлэгийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ төсөл арга хэмжээний тоо хэмжээ, техникийн үзүүлэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Дээрх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн биелэлтийг хангуулж ажиллахыг Санхүү эдийн засгийн газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Г.Хонгорзул/-т үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /С.Төгсдэлгэр/-т даалгасугай.

 С.ЧИНЗОРИГ

141223283

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны
02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
4/62 дугаар тушаалын хавсралт

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯВУУЛЫН ҮЗЛЭГИЙН АВТОМАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
/УЛААНБААТАР, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ/ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ, ТОО
ХЭМЖЭЭ

№	ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН НЭР	ТОО ХЭМЖЭЭ	НЭГЖ ҮНЭ /ТӨГРӨГ/	НИЙТ ҮНЭ /ТӨГРӨГ/	САНХҮҮЖИЛ ТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР
1	"Эрүүл мэндийн явуулын үзлэгийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	УВЧ-аппарат	34	7,000,000	238,000,000	2023 оны Улсын төсөв XV.3.13
2		Цахилгаан бумба	34	7,305,882	284,399,988	
3		Нярайн ор	34	400,000	13,600,000	
НИЙТ					499,999.982	

УВЧ-60 шарлагын аппарат

- Цаг тохируулах хүрээ: 0-99 мин хүртэл
- Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: $\geq 27.12 \pm 0.16$ Мгц
- Гаралтын чадал: $\geq 10/15/20/30/40/50/60$ Вт $\pm 20\%$
- Цахилгаан тэжээл: 220В, 50 Гц
- Чадал: ≥ 250 Вт хүртэл
- Жин : 7.5 кг-аас ихгүй

Цахилгаан бумба

- Гаралтын гүйдэл: ≥ 33 мА
- Гаралтын чадал: ≥ 136 Вп-п
- Хугацаа: 0-30 мин хүртэл
- Хэмжээ: 445*360*250 мм-ээс ихгүй
- Цахилгаан тэжээл: 220В, 50 Гц
- Чадал: ≥ 120 Ватт
- Жин: 11 кг-аас ихгүй

НЯРАЙН ОР

- Материал: Сайн чанарын зэвэрдэггүй ган
- Даац: 25 кг-аас ихгүй
- Өнгө: Цайвар саарал
- Дугуй: 4 дугуйтай, дугуй түгжигчтэй байх
- Харшил өгөхгүй материалаар хийгдсэн