



МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
ТУШААЛ

2024 оны 02 сарын 26 өдөр

Дугаар А/82

Улаанбаатар хот

Автомашины техникийн тодорхойлолт
батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны “Өвөлжилт, хаваржилтын байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 62 дугаар тогтоол, “Хөрөнгө гаргах тухай” 63 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл байдал хүндэрсэн сумдын эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай эмнэлгийн зориулалттай, туулах чадвар сайтай автомашины техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаар баталсугай.
2. Дээрх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг Санхүү, эдийн засгийн газар (Л.Лувсан)-т үүрэг болгосугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар (С.Төгсдэлгэр)-т даалгасугай.

САЙД  С.ЧИНЗОРИГ



141240228

СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ЭМНЭЛГИЙН
ЗОРИУЛАЛТТАЙ, ТУУЛАХ ЧАДВАР САЙТАЙ АВТОМАШИНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

- Тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, сургалтын төлөвлөгөөг хийх.
- ЭТТ-ийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах
- Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нь технологийн хувьд орчин үеийн, дэвшилтэт технологи байхын сацуу ашиглахад энгийн ажиллагааг хянах боломжтой, олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын CE, FDA, ISO, TUV зэрэг стандартуудын аль нэгийг хангасан байх
- Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох /үнэ, part number/
- Баталгаат хугацаа 1 жилээс багагүй байх ба баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компани хариуцаж баталгаат засварын гэрээг хүлээн авагч байгууллагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үед байгуулна.
- Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалаар хангах боломжтой байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх.
- Техникийн үзүүлэлтэнд дурьдсан дагалдах хэрэгслийг 1 тоног төхөөрөмжинд байхаар тооцож бичсэн болно.
- Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний дараах гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр тухайн аппарат, тоног төхөөрөмжийг дагалдуулж өгөх

- ✓ хэрэглэгчийн гарын авлага
- ✓ засвар үйлчилгээний гарын авлага
- ✓ баталгаат хугацаанд хийх техник үйлчилгээний график /өдөр тутам, 7 хоног, сарын, шалгах хуудас
- ✓ Эрүүл мэндийн сайдын тоот тушаалаар томилогдсон техникийн комиссоор хяналт хийлгэж "Техникийн урьдчилсан дүгнэлт" гаргуулах

№	Тоног төхөөрөмжийн нэрс	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ
1	Автомашин	<ul style="list-style-type: none">- Toyota Land cruiser long 78 маркийн автомашинтай дүйцэхүйц байх- Хөдөлгүүр: 6 цилиндр- Мотор: 3900сс дээш байх, энгийн- Шатахуун: Бензин, дизель аль ч байж болно- Хөтлөгч: Бүх дугуй 4WD мост хүндрүүлэгчтэй /залгаж салгадаг/- Тоормос урд/хойд: Хавчдаг/Тэлдэг- Хурдны хайрцаг: 5 шатлалт механик, автомат аль ч байж болно- Шатахуун зарцуулалт/литр/ 15-18 л- Үйлдвэрлэсэн он: 2023 он ба түүнээс хойш- Дугуй: Өвөл 4 ширхэг, Зуны 4 ширхэг- Өнгө: Цайвар, цагаан- Км гүйлт: 0 км байх	60

		<ul style="list-style-type: none"> - Баталгаа: 3 жил эвсэл 100'000 км байх Тоноглолууд <ul style="list-style-type: none"> • Өвчтөнг хэвтээгээр тээвэрлэх боломжтой зориулалтын ортой байх • Өвчтөнг хөдөлгөөнгүй байлгах бүх төрлийн бэхэлгээтэй байх • 220кВ-ын цахилгаан гаргах боломжтой байх • Сафари агаар цэвэршүүлэгч хоолой • Лебёдка татагч • 2 ширхэг чанга яригчтай, • AM/FM/CD/AUX/USB радио • термометр • SRS ослоос хамгаалах жолоочийн болон зорчигчийн дэр • Анхны тусламжын хайрцаг • эйр кондишн систем • Нөөц дугуй - 1 • Манангийн гэрэл • Нэмэлт арын тоормосны гэрэл • Лидринин суудал • Дээврийн ачаа • Арын хаалганд нөөц дугуй тогтоогч • Түлш халаагч систем • Тамхи асаагуур • Урд ба хойд дифференциал түгжигч • Урд хойд талын шаврын хаалт • 2 талын болон хойд талын гишгүүр 	
2	Каталка /Дугуйтай эвхэгддэг/	<ul style="list-style-type: none"> - Хэмжээ (урт*өргөн*өндөр): 650*2100 мм-ээс багагүй - Өндөрсгөх хэмжээ: 540-880 мм - Нурууны түшлэгийг тохируулах өнгө 0-75°C - Аюулгүйн талбайн хашлагатай байх - Материал: Өндөр чанарын зэвэрдэггүй ган, хуванцараар бүрэгдсэн - Даац: 250 кг-аас багагүй - Сайн чанарын 4 дугуйтай, дугуй тус бүр түгжигддэг - Нэмэлт чиглүүлэгч дугуйтай ба дугуйг хураах боломжтой байх - Дуслын хөлтэй, хадгалах тавиур болон цилиндр тортой байх - Хүчилтөрөгчийн баллон суурилуулах суурьтай байх - Матрасны зузаан 15 см-ээс багагүй байх - Цээж хэсэг өргөгддөг ба рентген туяа нэвтрэх зориулалттай байх - Цээж, нуруу, хөлний хэсгээр нугаларах зориулалттай байх 	1
3	Отсос	<ul style="list-style-type: none"> - Тэжээлийн хангамж: 220В, 50Гц - 1 литрээс багагүй шингэн хадгалах савтай байх - Сорох хурд: 20 л/мин-аас багагүй байх - Сөрөг даралт нь хамгийн ихдээ 0.09МПа байх - Чадал: 150ВА±15% байх 	1
4	Дефибрилятор /монитортой/	<ul style="list-style-type: none"> - Зүрхний аппаратны төрөл- гар ажиллагаатай, - Энергийн нарийвчлал $\pm 1\%$ - Энергийн сонголт 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 Ж 	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Ажиллуулж болох хугацаа Дээд тал нь 8 сек -360 Joules хүртэл байх - Насанд хүрэгчдэд зориулагдсан/хүүхдэд зориулсан байх - Цахилгаан зарцуулалт. - Ерөнхий үед:100В~240В,50Гц/60 Гц байх - Түргэний тэрэгийн (Option): DC 12В байх - Өөрийн цэнэгийн нөөц - Цэнэгийн төрөл-Rechargeable lead-acid battery (12V 2.0Ah X2) - Цэнэглэх болон батерей дуусах үед мэдээлэл өгөх гэрэл асдаг байх - Дэлгэц - LCD Хэмжээ 7-инч байх - Төрөл-Өндөр нарийвчлалтай өнгөний ялгаралттай байх - Нарийвчлал-480X234 - ECG - ECG удирдах: I , II , III, AVR, AVL, AVF, V1~V6 - S-T сенментийг шинжлэгч: -2.0~2.0mv байх - Аритми шинжлэгчтэй байх <p style="text-align: center;">Монгол хэлний программтай байх</p>	
5	Хүчилтөрөгчийн баллон 10л	<ul style="list-style-type: none"> - Хэмжээ: 10 литрээс багагүй байх - Шууд хүнд ашиглах боломжтойгоор дагалдах хэрэгслүүд бүгд дагалдсан байх - Зөөврийн суурьтай байх 	1
6	Зүрхний бичлэгийн аппарат /зөөврийн/	<ul style="list-style-type: none"> - Дэлгэц: 8 инчээс багагүй, TFT LCD дэлгэцтэй LED гэрэлтүүлэгтэй байх - Батарей Lithium oin, цэнэглэгддэг батарейтай, 3800mAh, тасралтгүй 3,5 цагаас дээш ажиллах - Батарейгаараа 400 өвчтөний зүрхний бичлэг хийх, хэвлэх боломжтой - Термарль принтертэй/ Цаас олдоцтой/ байх - Сувгийн тоо: 3, 6, 12 байх - Бичлэгийн хурд: 5, 10, 25, 50мм/сек - Зүрхний цохилт: 30-300 bpm байх - Өвчтөний нэр, нас, хүйс, өндөр, жин, гасе, эмийн мэдээллийг оруулж хадгалах боломжтой байх - Өвчтөний мэдээллийг хадгалах дотоод санах ойтой (800-аас дээш өвчтөний мэдээлэл). Мөн SD картанд хуулах боломжтой байх - Компьютертай холбогдох USB болон гадны принтертэй холбогдох боломжтой байх - Цахилгааны тэжээл: 100-240В±10%, 50/60Гц±3Гц - Чадал: 100ВА - Зөөврөөр хэрэглэх боломжтой байх - Дагалдах хэрэгсэл - Өвчтөны кабел: 1.иж бүрдэл - 4 мөчний электрод-1 иж бүрдэл 6 ширхэг - Контактны тос-1 ширхэг 250 мл - Бичлэгийн цаас-2 ширхэг 	1

7	Анхны тусламжийн багц	<ul style="list-style-type: none">- Сфигмоманометр-1 ширхэг- Чагнуур-1 ширхэг- Даралтны аппарат-1 ширхэг- Хүзүүний чиг-1 ширхэг- Толгойн чиг-1 ширхэг- Нурууны чиг-1 ширхэг- Мөчдийн чиг-1 ширхэг	1
---	--------------------------	---	---